

平成 29 年 6 月 20 日

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社
〒561-0872
大阪府豊中市寺内 2-4-1 緑地駅ビル 4F
TEL:06-6868-3012 FAX:06-6868-2444

製品自主回収のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、販売名「3iシングルペイシエント ディスポーザブルドリル」の構成品であるドリルストップの滅菌方法が、薬事承認内容であるガンマ線滅菌ではなくE-Beam滅菌であると製造元より報告がありましたため、自主回収をすることと致しました。

尚、当該製品は、製造元であるアメリカをはじめその他の国で販売されており、E-Beam 滅菌における滅菌性については問題ないことが分かっております。

弊社営業部門の貴院担当者が直接お伺い致しますので、誠にお手数ですがご購入頂いた当該製品の貴院在庫分を全数回収させて頂きたくお願い申し上げます、

対象製品番号:DS458, DS4513, DS4518, DS2315, DS2310, DS2320

対象ロット番号:886343, 886879, 961580, 962430, 1032223, 1045595, 1072423, 1072424, 1077496,
1085171, 1085172, 1087518, 1092411, 1095694, 1097252, 1101779, 1114260,
1114261, 1126887, 1134174, 1141618, 1160403, 1160405, 1168670, 1168674,
1170889, 1171511, 1174265, 1176514, 1180385, 1181601, 1183160, 1183166,
1185595, 1185950, 1189746, 1193150, 1193153, 1198911, 1199047, 1199050,
1199670,

貴院には多大なるご迷惑とご不便をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げますと共に、何卒、今回の自主回収へのご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

本件についてのお問い合わせは、営業担当またはカスタマーサービスまでお願いいたします。

敬具